

## 23. Conservazione

Se il sistema EASYRO viene scollegato dall'elettricità e dalla rete idrica per più di una settimana, il sistema deve essere preservato.

Ordinare i conservanti da easymetal.

Il conservante viene aspirato nel sistema come durante la manutenzione.

Il sistema potrà quindi essere preservato per 6 mesi.

### **Chiudere tutti i collegamenti con tappi!**

Rimuovere il pre-filtro e lasciare asciugare l'alloggiamento.

Prima della rimessa in funzione, inserire i nuovi pre-filtri e sciacquare nello scolo per almeno 3 minuti!

Quando il sistema viene riavviato, il conservante viene eliminato dal sistema. Annotare il valore in microsiemens del sistema. Se questo valore ritorna al valore originale, il sistema è di nuovo pronto per il funzionamento.